

# STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA

100 42 PRAHA 10 - VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48

Telefon: 6708 11 11

Fax: 6731 11 88



**J M P s.r.o.**

Ohradní 14

**140 00 P r a h a 4**

Vaše zpráva značky - ze dne  
25.2.2002

Naše značka  
**ZŽP 13-573/02-299**  
EX 224320

PRAHA dne  
19.4.2002

Věc:

Na Vaši žádost jsme posoudili z hlediska kontaktu s kůží

### **materiály na výrobu matrací pro děti do 3 let:**

- potahová látka 100% bavlna, damašek vyvažovací ozn. MEDICAL
- - lehčený PUR (Durén N 3543)

výrobce matrace:

**JMP s.r.o.**

Ohradní 14

140 00 PRAHA 4

K posouzení jste nám předložili vzorky materiálů, dokumentaci o jejich složení a vlastnostech.

Na základě vyšetření chemického, dráždivosti a posouzení předložené dokumentace docházíme k závěru, že

*výše uvedené materiály odpovídají v rozsahu provedených zkoušek požadavkům zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášce MZ č.84/2001 Sb.*

Toto vyjádření se vztahuje pouze na předložené vzorky a závěry vyvozené z jejich hodnocení je možné uplatnit jen u ostatních výrobků téhož druhu, které svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.

Předložené vzorky byly spotřebovány na uvedená vyšetření.

Příloha. Protokol o chemickém vyšetření

Protokol o zkoušce stanovení kožní snášenlivosti

Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.  
vedoucí Centra zdraví a životních podmínek

Vyřizuje MUDr. D. Jirouš, CSc.  
Telefon 02 - 6708 2439

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  
Centrum zdraví  
a životních podmínek  
Šrobárova 48  
100 42 Praha 10

# PROTOKOL O CHEMICKÉM VYŠETŘENÍ

**Národní referenční centrum pro kosmetiku**

Státní zdravotní ústav Praha, Centrum zdraví a životních podmínek  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

**Zadavatel: JMP s.r.o., Ohradní 14, 140 00 Praha 4**

**Číslo protokolu: ZŽP 13-573/02-299**

**Datum testu: 26.3.2002**

**Seznam vzorků: materiály na výrobu matrací pro děti do 3 let**

## **Dílčí chemická vyšetření textilií a netkaných textilií použitých pro výrobky pro děti ve věku do 3 let**

- 1) stanovení hodnoty pH výluhu (ČSN EN 1413)
- 2) stanovení volného formaldehydu (ČSN EN ISO 14184-1)
- 3) stanovení celkového obsahu aminů (výluh dle ČSN EN ISO 14184-1, metoda ČsL 4)
- 4) stanovení primárních aromatických aminů (výluh dle ČSN EN ISO 14184-1, metoda ČSN 62 1156)

### **A) Potahová látka, damašek vyvažovací „Medical“ materiál: 100% bavlna v barvě přírodní bílá**

- 1) 7,9
- 2) 4,6 mg/kg
- 3) < 2 mg/kg
- 4) < 0,05 mg anilinhydrochloridu/l

Dílčí chemická vyšetření byla provedena v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce MZ č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

**Výše uvedené materiály použité pro výrobky pro děti ve věku do 3 let vyhovují v rozsahu provedených zkoušek požadavkům vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb.**

**Datum: 28.3.2002**

**Za provedení testu: Ing. Ludmila Bezpalcová**

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA  
Národní referenční centrum  
pro kosmetiku

# PROTOKOL O ZKOUŠCE STANOVENÍ KOŽNÍ SNÁŠENLIVOSTI

Korektivní dermatologie a lékařská kosmetologie

MUDr. Petra Petrovská  
Spálená 12, 110 00 Praha 1

Zadavatel: JMP s.r.o., Ohradní 14, 140 00 Praha 4

Číslo protokolu: 029902

Datum testu: 9.4. - 11.4.2002

Seznam vzorků

metoda testu

1. Medical - 100% bavlna - potahová látka  
jednorázový uzavřený test materiálu

Zkouška byla provedena dle ČSN EN ISO 10993-10: Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 10: Zkoušky dráždivosti a alergizace, modifikované ve skupině dobrovolníků. Test byl proveden v souladu s etickými principy testování a podle zásad správné klinické praxe.

Testu se zúčastnilo 15 dobrovolníků, ve věku 23 - 60 let.

Za podmínek testu nebyla u pokusných osob zaznamenána reakce ve smyslu erytému, edému ani šupinatění.

Datum: 11.4.2002

Zkoušku provedla: MUDr. Petra Petrovská

MUDr. PETRÁ PETROVSKÁ  
korektivní dermatologie  
dermatovenerologie  
Spálená 12, 110 00 Praha 1

IČO: 60456612

①